



دائرة اللوازم والمشتريات

عطاء رقم (T25 /2018.19)

توريد مضخات هواء وشفط طبية



عطاء توريد مضخات هواء وشفط طبية

وثائق العطاء:

أ- الجزء الأول:

(1) دعوة العطاء

(2) الشروط والتعليمات التنظيمية للعطاء

(3) طريقة الدفع

ب- الجزء الثاني:

(1) جدول الكميات ومواصفات الفنية



الجزء الأول (1)

إعلان طرح عطاء رقم (T25/2018.19)

توريد مضخات هواء وشفط طبية

تدعو الجامعة العربية الأمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في العطاء المذكور أعلاه. يمكن الاستفسار أو الحصول على وثائق العطاء من دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة/ مبنى الدوائر الإدارية الطابق الثاني هاتف- 04 2418888- تحويلة 1488 فاكس 04 2510972 بريد الكتروني pnp@aaup.edu مقابل مبلغ غير مسترد مقداره (100) دولار تدفع في إحدى البنوك المعتمدة وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2019/2/10.

ملاحظات :

1. تقديم عرضين: فني ومالي، وسيتم دراسة العروض فنياً ومالياً لاختيار العرض المناسب.
2. آخر موعد لتسليم العطاءات هو في تمام الساعة الثانية من يوم الاحد 2019/2/24 ولنفس المكان.
3. يجب تقديم كفالة دخول عطاء 5% من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق لصالح الجامعة العربية الأمريكية.
4. الأسعار بالدولار وتشمل جميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة وعلى المورد تقديم الفواتير الضريبية وشهادة خصم المصدر.
5. الجامعة غير ملزمة بأقل الأسعار وبدون إبداء الأسباب.
6. رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء.



(2) الشروط والتعليمات التنظيمية للطاء

1. على جميع المشاركين في العطاء الالتزام التام بهذه الشروط والتعليمات، وهي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أي أمر شراء أو عقد يبرم مع المشارك الفائزة ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في أمر الشراء أو العقد.
2. في هذه الشروط والتعليمات يرمز إلى "الجامعة العربية الامريكية بالاختصار (AAUP)".
3. يجب أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء مسجلة رسمياً ومشتغلاً مرخصاً.
4. تقدم الأسعار بالدولار شاملاً لجميع الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT).
5. يلتزم المشارك الفائزة بتقديم شهادات خصم المصدر والفواتير الضريبية اللازمة وأية مستندات قانونية أخرى تغطي عملية الشراء.
6. يجب أن تشمل الأسعار على جميع المصاريف المطلوبة من النقل والتركيب والتشغيل والفحص والصيانة والتدريب في المواقع المحددة في جدول المواصفات والكميات المرفق.
7. يجب أن تكون الأسعار المقدمة سارية المفعول لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ تقديم العرض.
8. على المشارك الفائزة تقديم كفالة حسن تنفيذ خلال أسبوع من تاريخ الاتفاقية بحيث تعادل (10%) من قيمة الاتفاقية على شكل كفالة بنكية صادرة عن إحدى البنوك العاملة في فلسطين أو شيك مصدق صادر لصالح "الجامعة العربية الامريكية".
9. إذا تخلف المناقص الفائزة عن تقديم كفالة حسن التنفيذ عن الموعد المحدد في البند السابق فإنه يحق لـ (AAUP) إلغاء الإحالة.
10. تعاد كفالة حسن التنفيذ بعد استكمال التوريد وجميع شروط العقد أو أوامر الشراء وبموجب الوثائق الأصولية اللازمة للاستلام.
11. على المشاركين في العطاء ارفاق كتالوجات عن المنتج.
12. يلتزم من يرسو عليه العطاء بدفع غرامة تأخير بواقع (0.1%) عن كل يوم تأخير من قيمة الأعمال المنجزة عن الوقت المحدد في الاتفاقية، ويتم احتساب هذه الغرامات من الدفعات المستحقة له أو من كفالة حسن التنفيذ.
13. يحق لـ (AAUP) إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب كما أن (AAUP) غير ملزمة بإحالة العطاء على أقل العروض سعراً دون إبداء الأسباب. ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة لها دون أن يكون لأي من المشاركين الحق في الرجوع إليها بأي خسارة أو ضرر ناجم عن تقديم عرضه ولا يترتب على (AAUP) أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك.



14. يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم كفالة بنكية (صيانة) بقيمة (5%) من قيمة الأعمال المنجزة صالحة لمدة عام من تاريخ تسليم الأعمال.
15. على المشارك في العطاء تقديم عرضه على أساس المواصفات الفنية المبينة في وثائق العطاء وبموجب الكميات المحددة في جدول الكميات المرفق.
16. لا يجوز للمشارك في العطاء أن يتنازل لأي طرف آخر عن كل أو جزء من أمر الشراء دون الحصول على إذن خطي من (AAUP) مع الاحتفاظ بكامل حقوق (AAUP) وفقاً لشروط أمر الشراء.
17. عند دراسة العروض يؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية وقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء وخبرته في تقديم اللوازم المطلوبة والسمة التجارية والتسهيلات التي يقدمها ويجوز استبعاد عرضه لنقص كل أو بعض هذه المتطلبات.
18. لا تقبل العروض أو التعديلات التي ترد بعد التاريخ والموعده المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.
19. يجب تعبئة جداول المواصفات المرفقة و لن ينظر بأى عرض لا يلتزم بتعبئة الجداول.

- ❖ ويسمح بتقديم عرضان اثنان فقط كحد اقصى لكل بند
- ❖ يجب تقديم عرضي الاسعار الفني والمالي بنسختين: الأولى ورقية، والأخرى الكترونية (محوسية).
- ❖ تقديم العرضين المالي والفني الورقيين بالظرف المختوم، مع ضرورة وضع ختم الشركة والتوقيع على كل الصفحات (للعرض المالي بالذات)



(3)

طريقة الدفع

خلال (90) يوماً من التوريد والقبول والاستلام النهائي، مقابل تقديم الكفالات المطلوبة.



الجزء الثاني

1. جدول الكميات والمواصفات الفنية
عطاء توريد مضخات هواء وشفط طبية

No.	Product	Qty	Unit Price USD	Total Price USD
1	Medical vacuum unit for bed head units	1		
2	Medical Air Compressor (Oilless) with Dryer	1		
Total				

في حالة وجود استفسار يرجى تزويدنا بها من خلال البريد الالكتروني للرد عليها pnnp@aaup.edu



1. Medical vacuum unit for bed head units

Brand name

warranty: 3 years .

origin: USA . ERUOPE.

For connect to 7 units of bedhead unit

pump speed : 25 m³/h .

With receiver, Receiver tank 270 L with automatic drain or empty valve.

With pressure switch low and high

Over load (electrical)

with control box.

100 % duty cycle

sound pressure 55dB (silent)

for medical use (bed head units) .

With controller

3 Phase / 400 v / 1h p .

Suction capacity : 413 l/min 760 mm/Hg .

Vapour limit : 40 mbar .

Complete system with all accessories.

10 years availability spare parts.

Service and user manuals.



Medical vacuum unit for bedhead units	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
Warranty : 3 years .	Yes / No
Origin: USA. ERUOPE.	Yes / No
pump speed : 25 m3/h .	Yes / No
With receiver, Receiver tank 270 L with automatic drain or empty valve.	Yes / No
For connect to 7 units of bedhead unit	
With pressure switch low and high	Yes / No
Over load (electrical)	Yes / No
with control box.	Yes / No
sound pressure 55dB (silent)	Yes / No
for medical use (bed head units) .	Yes / No
With controller	Yes / No
3 Phase / 400 v / 1h p .	Yes / No
Suction capacity : 413 l/min 760 mm/Hg .	
Vapour limit : 40 mbar .	
pump speed : 25 m3/h .	
100 % duty cycle	
Complete system with all accessories .	Yes / No
Service and user manuals .	Yes / No
Your warranty must be include all spare parts and labor .	Yes / No
10 years Warranty for spare parts Availability from date of instillation	Yes / No
Price should be include installation	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2018 .	Yes / No
<ul style="list-style-type: none"> • السعر يشمل التركيب والتوصيل والتشغيل للموقع المخصص بدون التمديدات بين الجهاز bedhead unit . • يجب على الشركة زيارة الموقع لتوضيح متطلبات المساحة المطلوبة و أية متطلبات للجهاز قبل التركيب في العرض المقدم من كهرباء وغيرها . • الهدف من الجهاز تركيبه على bedhead unit بغرض التعليم في مختبرات التمريض بالجامعة 	Yes / No



2. Medical Air Compressor (Oilless) with Dryer

مضخات هواء (بدون زيت) مع مجفف

Brand name

warranty: 3 years.

origin: USA. ERUOPE.

Up to 300 L/min.

100% duty cycle.

With storage tank 200 L.

Storage should have automatic drain or empty valve.

Pressure up to 8- 10 bar.

Over load (electrical)

Over pressure safety valve.

with control box.

sound pressure 55dB (silent)

for medical use (bed head units) .

With dryer.

With controller

Complete system with all accessories.

10 years availability spare parts.

Service and user manuals.

- السعر يشمل التركيب والتوصيل للموقع المخصص.
- يجب على الشركة توضيح متطلبات المساحة المطلوبة و أية متطلبات للجهاز قبل التركيب في العرض المقدم من كهرباء وغيرها .
- الهدف من الجهاز تركيبه على bedhead unit بغرض التعليم .



Medical Air Compressor (Oilless) with Dryer	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
Warranty : 3 years .	Yes / No
Origin: USA. ERUOPE.	Yes / No
Up to 300 L/min.	Yes / No
100% duty cycle .	Yes / No
With storage tank 200 L .	Yes / No
Storage should have automatic drain or empty valve.	Yes / No
Pressure up to 8- 10 bar.	Yes / No
Over load (electrical)	Yes / No
Over pressure safety valve.	Yes / No
with control box .	Yes / No
sound pressure 55dB (silent)	Yes / No
for medical use (bed head units) .	Yes / No
With dryer.	
Complete system with all accessories .	Yes / No
Your warranty must be include all spare parts and labor .	Yes / No
Your warranty include at least two visits at least (preventive maintenance) in site for each year warranty from the date of the installation .	Yes / No
10 years Warranty for spare parts Availability from date of instillation	Yes / No
Price should be include installation	Yes / No
Service & operation manuals and spare parts list are included	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 201 8.	Yes / No

