

التاريخ 29/08/2021

السادة: المحترمين

تلفون:

فاكس:

(Q247B-2021)

رقم /الاستدراج

جهاز علمي

الموضوع: عروض اسعار

إشارة إلى الموضوع اعلاه الرجاء تزويدنا بأسعار اللوازم التالية (بالدولار) شامل لضريبة القيمة المضافة والتوصيل للجامعة العربية الأمريكية:

#	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	اجمالي تكلفة البند
1	ANTIBIOTIC ZONE READER مرفق المواصفات على الصفحة الثانية	Each	1		
				المجموع الكلي	

شروط الاستدراج

- 1- يرجى العلم ان اخر موعد لتسليم العروض هو يوم
- 2- الاسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.
- 3- ضرورة تحديد مدة التوريد من تاريخ استلام امر الشراء، و في حال عدم الالتزام يتم فرض غرامة تأخير .
- 4- ختم وتوقيع المورد المعتمد على هذا النموذج، وكتابة رقم الاستدراج واسم الشركة كما هو مسجل لدى الضريبة على الظرف.
- 5- لا تقبل العروض الا بالظرف المختوم.
- 6- للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات يرجى الاتصال على هاتف 042418888 رقم داخلي 1478 او فاكس 042510972 أو بريد الكتروني manal.daraghmah@aaup.edu
- 7- لمشاهدة العطاءات والاستدراجات، يرجى الدخول الى الرابط <http://www.aaup.edu/Tenders>

مع الاحترام

مدير دائرة اللوازم و المشتريات



2/1

ANTIBIOTIC ZONE READER

2 years warranty .

Range : 0- 80mm .

Accuracy : 0.1 mm .

Resolution : 0.1 mm .

Fine Focus adjustment for clear image on the Viewing Glass

No effect of ambient light on image

Zone diameter : Power 220 v .

Clear digital display .

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني:

<u>ANTIBIOTIC ZONE READER</u>	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
Origin	Origin
Delivery time	Delivery time
3Years Warranty	Yes / No
Range : 0- 80mm .	Yes / No
Accuracy : 0.1 mm .	Yes / No
Resolution : 0.1 mm .	Yes / No
Fine Focus adjustment for clear image on the Viewing Glass	Yes / No
No effect of ambient light on image	Yes / No
Zone diameter : Power 220 v .	Yes / No
Clear digital display .	Yes / No
With all stander accessories	
Your warranty must be include all spare parts and labor.	
Price should be include installation and team training to staff in site.	
Service & operation manuals are included	Yes / No
Date of manufacturing of system not less than 2021.	Yes / No

